

Koordinační schůzka ÚVN + ČVUT + SŽ (ražené tunely)

Datum konání 18. listopadu 2024
Čas 14:30
Místo konání Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, budova ředitelství F1, 1.patro, zasedací místnost č. 123
Naše zn. [REDACTED]
Zapsal(a) [REDACTED]
Přítomni dle prezenční listiny
Omluveni [REDACTED]

Program jednání

1. Představení účastníků
2. Projednání stanoviska ÚVN a návrhu EIA
3. Návrhy a požadavky jednotlivých stran
4. Závěr

Shrnutí jednání

1. Stanovisko ÚVN k návrhu EIA

- ÚVN prozatím vydala **negativní stanovisko** k návrhu EIA s požadavkem na jeho doplnění.
- ÚVN přislíbila **přehodnocení a případnou úpravu stanoviska** za předpokladu, že aktualizovaná studie a chybějící podklady budou pro ÚVN vyhovující a budou předány nejpozději do **25.11.2024**.

2. Studie vlivu vibrací

- ČVUT FBMI potvrdila předání **aktualizované studie vlivu vibrací** na přístroje v ÚVN do 25.11.2024.
- ÚVN předala SŽ seznam přístrojů a doplňujících informací o aktuálním stavu a potenciálním budoucím vývoji, které budou posouzeny Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT a budou zahrnuty do zpracovávané studie. Ze strany ÚVN byla vyjádřena nemožnost určit přesné požadavky na přístroje, které budou pořizovány v budoucnu.

3. Analýza vlivu vibrací

- [REDACTED] (ČVUT FBMI) uvedl:
 - Nejcitlivější přístroje se nacházejí v pavilonech **CH1 a CH2**, vzdálených 350 m od trasy tunelů.
 - ČVUT připravuje zprávu o vlivu vibrací, která bude zohledňovat předaný seznam přístrojů a informací i původní zprávu zpracovanou VUT Brno.
- ÚVN požaduje posoudit **vliv vibrací při realizaci ražby tunelů zejména na přístroje v pavilonu A5**, zejména s ohledem na oční lasery, přístroje pro nukleární medicínu a magnetickou rezonanci s ultra vysokou magnetickou indukcí.

4. Dotazy a požadavky ÚVN

- ÚVN se dotázala, zda stavba může **omezit budoucí rozvoj areálu** a jeho další využití.
- Požaduje také zajištění smluvní dokumentace (např. **Memorandum**) a ošetření případných škod způsobených realizací tunelů následným provozem dráhy.

- Návrh konceptu těchto dokumentů připraví ÚVN a zašle SŽ.

5. Další připomínky

- Ve zprávě ČVUT bude některé údaje nutné **začernit** (např. hodnoty a označení přístrojů/objektů).

Další kroky a termíny

1. **SŽ:** Předání aktualizované studie vlivu vibrací nejpozději **25.11.2024** (resp. ihned po obdržení od ČVUT FBMI).
2. **ČVUT FBMI:** Zpracování zprávy vlivu vibrací na zdravotnické přístroje, zohlednění seznamu přístrojů a doplňujících informací předaných ÚVN.
3. **ÚVN:** Příprava návrhů smluvní dokumentace (Memorandum apod.) a jejich předání SŽ.
V případě doplnění chybějících podkladů a studie dojde ze strany ÚVN k jejich vyhodnocení. Pakliže ÚVN následně usoudí, že nic nebude bránit výstavbě tunelu, může dojít k přehodnocení stanoviska k EIA..

Závěr:

Účastníci se dohodli na dalších krocích a termínech viz. výše. Veřejné projednání procesu EIA je předběžně plánováno na 12.12.2024.